Content WYLER SCS Certificates
Leistungsumfang WYLER SCS-Zertifikate

Instrument Produkt	Content	Leistungsumfang
BlueLEVEL (II)	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt
BlueSYSTEM with 2 BlueLEVEL (II) **BlueSYSTEM mit 2 BlueLEVEL(II)**	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt

BlueSYSTEM with BlueLEVEL (II) and wylerLEVEL Frame **BlueSYSTEM mit BlueLEVEL (II) und wylerLEVEL Frame**	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt
BlueLEVEL-2D	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Twist value of X- and Y-Axis	Twist-Werte der X- und Y-Achse
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt
BlueCLINO High Precision	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt
Clinotronic PLUS	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte

Clinotronic S	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
wylerLEVEL Frame	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt
wylerCLINO Frame	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt

Minilevel NT	Linearity (limits of error): Range II ±95 % of measuring range Range I ±25 % of measuring range Actual value Range I at 95 % of the measuring range	Linearität (Fehlergrenze): Range II ±95 % des Messbereichs Range I ±25 % des Messbereichs Istwert Range I bei 95 % des Messbereichs
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt
Set with 2 Minilevel NT Set mit 2 Minilevel NT	Linearity (limits of error): Range II ±95 % of measuring range Range I ±25 % of measuring range Actual value Range I at 95 % of the measuring range	Linearität (Fehlergrenze): Range II ±95 % des Messbereichs Range I ±25 % des Messbereichs Istwert Range I bei 95 % des Messbereichs
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
	Remote displays or interfaces (if part of system) are checked and mentioned in the certificate	Fernanzeigengeräte und Schnittstellen-Komponenten (falls Teil des Systems) werden geprüft und im Zertifikat erwähnt
nivelSWISS nivelSWISS-D	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Measurement of drift according to DIN-/WYLER norm: indicated as "pass" / "failed"	Driftmessung gemäss DIN-/WYLER-Norm: Angabe als "erfüllt" / "nicht erfüllt"
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"

ZEROTRONIC 3 **ZEROTRONIC C**	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Twist value of X- and Y-Axis	Twist-Werte der X- und Y-Achse
ZEROMATIC	Linearity (limits of error): ±100 % of measuring range	Linearität (Fehlergrenze): ±100 % Messbereich
	Temperature at the beginning and end of the measurement, with ΔT ≤ 0.4°C	Temperatur am Anfang und Ende der Messung, mit ΔT ≤ 0.4°C
	Twist value of X- and Y-Axis	Twist-Werte der X- und Y-Achse
Spirit level and Clinometers **Präzisions-Wasserwaagen und Clinometer**	Limits of error of vial	Fehlergrenze der Libelle
	Geometry of measuring base: all relevant values	Geometrie der Messbasen: alle relevanten Werte
	Temperature during geometry measurement is indicated as "ΔT ≤ 0.4°C within 21°C ±1°C"	Temperatur während der Messung der Geometrie der Messbasen, mit "ΔT ≤ 0.4°C innerhalb von 21°C ±1°C"
Instruments from third party **Fremdprodukte**	Depending on customer requirements	Abhängig von den Anforderungen des Kunden